

南京林业大学水蒸气透过率测试仪采购项目更正公告

(招标编号: YC2023-GK44547)

一、内容:

(一) 项目基本情况:

- 1、原公告的采购项目编号: YC2023-GK44547
- 2、原公告的采购项目名称: 南京林业大学水蒸气透过率测试仪采购项目
- 3、首次公告日期: 2023年10月18日

(二) 更正信息:

- 1、更正事项: 采购公告、采购文件

2、更正内容:

- (1) 原采购文件: 第四章项目需求中三、采购设备技术要求与配置参数。

现更正为: 详见附件。

(2) 原采购文件: 第四章项目需求中五、商务部分要求(四)付款条件: 1、设备产品送达到学校指定实验室后, 安装验收合格后支付100%。特殊情况另行协商拟定相关补充条款。

现更正为: 1、合同签订后支付中标价的30%, 余款待仪器设备验收合格后一次性结清。

- (3) 原4.1提交投标文件开始时间: 2023年11月8日13时30分北京时间)

- 4.2提交投标文件截止时间和开标时间: 2023年11月8日14时整(北京时间)

现更正为: 4.1提交投标文件开始时间: 2023年12月11日13时30分北京时间)

- 4.2提交投标文件截止时间和开标时间: 2023年12月11日14时整(北京时间)

- 3、更正日期: 2023年11月22日

(三) 其他补充事宜: 无

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招	标	人:	南京林业大学
地		址:	南京市玄武区龙蟠路159号
联	系	人:	夏老师
电		话:	/
电	子	邮	件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏易采招标代理有限公司

地 址： 南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦11层

联 系 人： 池工

电 话： 025-83606009

电 子 邮 件： jsyc08@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：池爽（签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

附件

现将本项目第四章项目需求“三、采购设备技术要求与配置参数”中的相应内容进行如下变更：

（一）配置要求

测试设备主机、计算机台式商务机、专业软件、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、取样器、标准膜、空压机等。

（二）技术参数

该设备需满足 GB/T 1037-2021、GB/T 16928、ISO 2528 等相关标准。

▲3.1 称重法测试原理，符合标准要求的间歇式称量，每次测量前系统自动清零，保证数据的统一性和准确性，设备内部使用气缸升降式机械结构或其他结构方式以达到间歇称重的测量方法，需提供证明文件。

▲3.2 标准吹扫风速 $0.5\sim 2.5\text{ m/s}$ ，有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成，保证测试的准确性。

▲3.3 生产厂家具备提供标准膜能力，提供标准物质即标准膜快速仪器校准。

3.4 主要技术指标

测试范围： $0.1\sim 10,000\text{ g/m}^2\cdot 24\text{h}$

试样数量：1 件

▲测试精度： $0.01\text{ g/m}^2\cdot 24\text{h}$

▲系统分辨率：0.0001 g

试验温度：15℃～55℃

控温精度：±0.1℃

▲试验湿度：10%RH～95%RH

控湿精度：±1%RH

吹扫风速：0.5～2.5 m/s

▲测试面积：≥25 cm²

试样厚度：≤ 3 mm

气源：空气

气源压力：0.6 MPa