

南京林业大学电致发光量子效率测试系统采购项目更正公告
(招标编号: JSHC-2025070544B2)

一、内容:

更正事项: 采购文件

更正内容:

1、第四章项目采购需求技术参数第19条变更为: ▲19. 进样方式: 电动样品台进样, 行程80-120 mm;

2、第四章项目采购需求技术参数新增要求:

2. 其他配件

2.1. 天平减震器: 绿色无磁不锈钢材质; 能消震, 满足万分之一和十万分之一的减震效果; 耐腐蚀、耐酸碱、耐高温和易清洗; 尺寸 $\leq 480\text{mm}$ (长) $\times 340\text{mm}$ (宽) $\times 80\text{mm}$

(高); 垂直额定负载 $\geq 50\text{ kg}$, 参考频率10-50Hz, 净重 $\leq 15\text{ kg}$ 。数量: 不少于2台。

2.2. 移液枪: 容积10-100 μL ; 增量 $\leq 0.2\text{ }\mu\text{L}$; 精密度1.0~0.2%; 精确度 $\pm 3.0\sim 0.8\%$ 。数量: 不少于2支。

2.3. 移液枪: 容积100-1000 μL ; 增量 $\leq 1.0\text{ }\mu\text{L}$; 精密度0.6~0.2%; 精确度 $\pm 1.5\sim 0.5\%$ 。数量: 不少于2支。

3、提交投标文件截止时间、开标时间更正为:

2025年9月1日 14:00 (北京时间)

二、监督部门

本招标项目的监督部门为南京林业大学。

三、联系方式

招 标 人: 南京林业大学
地 址: 南京市玄武区龙蟠路159号
联 系 人: 陆老师
电 话: 025-85428503
电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏省华采招标有限公司
地 址: 南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层
联 系 人: 徐雪
电 话: 025-83603368
电 子 邮 件: jshc3333@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：徐雪（签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）